



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Munro, 11 de diciembre de 2020

SECRETARIO DE POLÍTICA CRIMINAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
DR. FRANCISCO PONT VERGES
S/D

Quien suscribe, Dra. en Bioquímica María Cecilia Olcese, Directora del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Conurbano Norte (Munro), tiene el honor de dirigirse a V.E. a fin de dar respuesta a la solicitud vinculada al PG.SA. 14499-20

A.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO SOLICITADO:

Abono anual por GC/MS: Mantenimientos preventivos, calificaciones, reparaciones in situ, limpieza de fuente de iones.

Servicios incluidos:

- 1.- El servicio de Limpieza de Fuente de Iones se realizará según los procedimientos recomendados por el fabricante que incluyen desmontar, limpiar, y volver a montar la fuente iónica del espectrómetro de masas. Dicho servicio debe incluir mano de obra, movilidad, partes y consumibles que fueran necesarios sin costo adicional.
- 2) Atención telefónica para aislar y resolver problemas sin cargo adicional para los equipos cubiertos por este Abono.
- 3) Servicio de reparación de instrumento in situ en el que un Ingeniero de Soporte se desplazará al Instituto a mi cargo para reparar el instrumento analítico cubierto por este abono de servicio. Todos los gastos de desplazamiento, mano de obra así como las partes y consumibles reemplazados durante la reparación deben estar cubiertas por el presente abono incluidos los consumibles.
- 4) Los servicios de Mantenimiento Preventivo se incluyen sin costo adicional en el abono solicitado, debiendo ser ejecutados por Ingenieros de Soporte autorizados y especialmente entrenados por el fabricante y siguiendo procedimientos estandarizados. Deben incluirse procedimientos de limpieza, ajuste, lubricación, inspección o test diseñados para reducir la posibilidad de fallas y extender la vida útil del equipo así como aquellos consumibles y partes que requieran de reemplazo.
- 5) Servicio de Cualificación Operacional o Verificación de Rendimiento

(OQ/PV) debe realizarse de manera programada con el objetivo de validar el funcionamiento del equipo analítico de acuerdo a parámetros previamente establecidos por el fabricante en un Protocolo de Validación ejecutados y por personal certificado por el mismo. Obtención de documentación completa y auditable de las pruebas, del Protocolo de Validación y de los resultados obtenidos.

6) Se incluyen en el abono solicitado, las reparaciones de software si fueran necesarias, y de inyector sin costo adicional.

7) El abono incluye todas las reparaciones y recalificaciones que fueran necesarias así como los consumibles vinculados a las calificaciones y mantenimientos, partes que fueran necesarias cambiar, mano de obra y movilidad sin costo adicional.

B.-MARCA Y MODELO DE LOS MÓDULOS DEL EQUIPO:

-DETECTOR DE MASAS: Agilent Technologies 5975C (número de serie US10362602)

-GC SYSTEM: Agilent Technologies 7890A (número de serie CN10361178)

-TORRE DE INYECCIÓN: Agilent Technologies G4513A (número de serie CN10350012)

C.-UBICACIÓN: Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Conurbano Norte (Munro)-Ricardo Gutierrez 4051 (Munro)

D.-PLAZO DEL SERVICIO: COBERTURA DESDE EL 1 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

E.-JUSTIPRECIO: 1900 DÓLARES MENSUALES

F.-EMPRESA PROVEEDORA DEL SERVICIO: ANALYTICAL TECHNOLOGIES (UNICO REPRESENTANTE EN ARGENTINA)

CONTACTO: Jorge Jacob Tel.: 4509-9000. Cel.: 15-3204-4870



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Se adjunta al presente, certificado de exclusividad entre las empresas Agilent (marca del equipo) y Analytical Technologies (único representante en Argentina)

Sin otro particular saludo a V.E. con mi más distinguida consideración.



Dra. OLCESE Maria Cecilia