

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mantenimiento Preventivo Anual Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System (ABI7500)

- A realizarse en el Laboratorio de Genética (Junín)
- Realización del protocolo de mantenimiento preventivo anual especificado por el fabricante
- Reemplazo de partes de alto desgaste contenidas en el Annual PM kit del equipo
- Limpieza, lubricación y descontaminación, según protocolo del fabricante
- Alineación completa, utilizando estándares de cada equipo
- Calibraciones y corrida de los controles indicados por el fabricante para la verificación del funcionamiento
- Informe del trabajo final del realizado

Mantenimiento Preventivo Anual Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer (ABI3500)

- A realizarse en el Laboratorio de Genética (Junín)
- Realización del protocolo de mantenimiento preventivo anual especificado por el fabricante
- Reemplazo de partes de alto desgaste contenidas en el Annual PM kit del equipo
- Limpieza, lubricación y descontaminación, según protocolo del fabricante
- Alineación completa, utilizando estándares de cada equipo
- Calibraciones y corrida de los controles indicados por el fabricante para la verificación del funcionamiento
- Informe del trabajo final del realizado

Recalificación y Mantenimiento Preventivo Veriti 96-well Thermal Cycler

- A realizarse en el Laboratorio de Genética (Junín)
- Realización del protocolo de mantenimiento preventivo anual especificado por el fabricante
- Limpieza, lubricación y descontaminación, según protocolo del fabricante
- Calibraciones y corrida de los controles indicados por el fabricante para la verificación del funcionamiento
- Informe del trabajo final del realizado